



**Český metrologický institut**

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

[www.cmi.cz](http://www.cmi.cz)

**Pracoviště:** Laboratoře primární metrologie, V Botanice 4, 150 72 Praha 5, tel. +420 257 288 311  
oddělení akustiky a kinematiky – laboratoř rychloměrů.

## OVĚŘOVACÍ LIST

### č. 8012-OL-70789-25



**Datum vydání:** 16. října 2025

List 1 ze 2 listů

**Vlastník:** Česká republika (majetkový správce: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4)

**Zákazník:** CAMEA, spol. s r.o., Karásek 2290/1m, 621 00 Brno – Řečkovice

**Měřidlo:** Silniční rychloměr

**výrobce:** CAMEA, spol. s r.o., Česká republika

**typ:** UnicamVELOCITY 4

**výrobní číslo:** CAM24000696

**rozsah měření:** 5 km·h<sup>-1</sup> až 250 km·h<sup>-1</sup>

**umístění:** dálnice D4, km 58,4-56,2, směr Praha

**rok výroby:** 2024

**Použité etalony:** Etalonový rychloměr typu TACHO-02, výrobce ČMI, v. č. 1, který byl umístěn v měřicím vozidle ČMI; návaznost na státní etalon délky a času.

Etalonový rychloměr typu TACHO-02, výrobce ČMI, v. č. 2, který byl umístěn v měřicím vozidle ČMI; návaznost na státní etalon délky a času.

**Podmínky měření:** Teplota okolí : ( 4 ± 1 ) °C

**Místo ověření:** dálnice D4, km 58,4-56,2 směr Praha

**Datum zkoušky:** 16. října 2025

**Ověření provedl:**

David Kramář



**zástupce ředitele ČMI LPM Praha:**

Ing. Jiří Borovský

**Metoda měření:** Dle opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C005-09.

Ověření je provedeno vystavením tohoto ověřovacího listu a opatřením měřidla úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení typu měřidla č. 0111-CS-C026-15.

Doba platnosti ověření rychloměru končí dne: **15. října 2026**

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konec ověřovacího listu.



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175571235-308356-251031114133.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175571235-308356-251031114133**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 4

Datum vyhotovení: **31.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: VIKTORIJA PROKŮPKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



175571235-308356-251031114133